

Dokumentation Wechsel Sensor bzw. Speicherfolie (digital) beim Tubusgerät

Erfassung der Aufnahmebedingungen beim Tubusgerät nach der Anfertigung der Anschlussaufnahme als Anlage zum Abnahmeprüfbericht – digitaler Bildempfänger in Anlehnung an DIN 6868-5 (Verfahrensweise siehe Merkblatt Filmwechsel – PHB)

Betreiber:

- Änderungsgrund:** Wechsel der Speicherfolie (gleicher Hersteller und Typ)
 Wechsel des intraoralen Sensors (gleicher Hersteller und Typ)
 Austausch Prüfkörper

Anlage zum Prüfbericht der Abnahmeprüfung vom:

Röntgeneinrichtung:

Bezeichnung:

Röntgenstrahler (Serien-Nr.):

Verwendeter Prüfkörper (Hersteller, Serien-Nr.):

Angaben zum bisherigen System:

Datum der Abnahmeprüfung (siehe Prüfbericht) der bisherigen Referenzaufnahme:

Sensor (Hersteller/Typ):

Sensor Serien-Nr.:

Speicherfolie (Herst./Typ):

bisherige Expositionsdaten: KV mA Belichtungszeit: ms

bzw. gewählte Tasten:

Angaben zum neuen System:

Sensor (Hersteller/Typ):

Sensor Serien-Nr.:

neue Expositionsdaten: KV mA Belichtungszeit: ms

bzw. gewählte Tasten:

Linienpaar-Auflösungsvermögen Lp/mm (Tubus ≥ 5)

Anzahl der sichtbaren Kontrastelemente (Tubus 4 Bohrungen)

Die Anpassung der Einstellparameter für die Erstellung der Patientenaufnahmen wurde durchgeführt

Ort / Datum

Unterschrift des Strahlenschutzverantwortlichen